



**LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA**

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius, tel. (8 5) 266 1400,  
faks. (8 5) 266 1402, el. p. [ministerija@sam.lt](mailto:ministerija@sam.lt), [www.sam.lt](http://www.sam.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188603472

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2023-09-

Nr. (10.1.1.2E-421)10-2346

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMOGAUS MIRTIES NUSTATYMO IR KRITINIŲ BŪKLIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-157 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2269 IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SPORTO ĮSTATYMO NR. I-1151 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2227“ PROJEKTO**

Sveikatos apsaugos ministerija teikia pakartotinai derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo Nr. VIII-157 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2269 ir Lietuvos Respublikos sporto įstatymo Nr. I-1151 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2227“ projektą (toliau – Nutarimo projektas). Nutarimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 138 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2022 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. SV-S-747 „Dėl įstatymų projektų išvadų“ 2 punktą ir Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2022 m. gruodžio 9 d. sprendimo Nr. SV-S-755 „Dėl įstatymų projektų išvadų“ 3 punktą.

Nutarimo projektu siūloma nepritarti Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo Nr. VIII-157 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2269 dėl Nutarimo projekte nurodytų priežasčių.

Nutarimo projektu siūloma pritarti Lietuvos Respublikos sporto įstatymo Nr. I-1551 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2227 (toliau – Įstatymo projektas) tikslui – turėti automatinį arba pusiau automatinį bifazinį defibriliatorių, kurį nesudėtingai galėtų naudoti visi netoliese įvykio vietos esantys asmenys, tačiau pasiūlyti Lietuvos Respublikos Seimui Įstatymo projekto nesvarstyti ir šio tikslo siekti kitomis teisinio reguliavimo priemonėmis. Atsižvelgiant į tai, kad staigi kardialinė mirtis asmenį gali ištikti ne tik sporto varžybų, bet ir kitose vietose, įpareigojimas viešose vietose įrengti automatinius defibriliatorius, kurių išdėstymo kriterijus nustatytų sveikatos apsaugos ministras, turėtų būti įtvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme. Sveikatos apsaugos ministerija numato parengti ir pateikti Vyriausybei atitinkamų Sveikatos sistemos įstatymo pakeitimų projektą, kurį Vyriausybė planuoja teikti Seimui svarstyti 2024 metų pavasario sesijoje.

Atkreipiamo dėmesį, kad ankstesniuose teiktuose derinti Nutarimo projekto variantuose (TAIS Nr. 23-1098 – 23-1098(3) buvo nurodyta kitokia Lietuvos Respublikos Vyriausybės pozicija dėl įstatymų projektų.

Nutarimo projektas (TAIS Nr. 23-1098(6)) derintas su Teisingumo ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija, Asociacija „Investuotojų forumas“ (Investor's forum), Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacija, Lietuvos skubiosios medicinos draugija. Teisingumo ministerija ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Nutarimo projektui pastabų neturėjo, kitos institucijos atsakymų nepateikė.

Nutarimo projektą parengė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento (direktorė – Odeta Vitkūnienė, tel. (8 5) 266 1460, el. p. [odeta.vitkuniene@sam.lt](mailto:odeta.vitkuniene@sam.lt)) Pirminės sveikatos priežiūros, odontologijos ir medicininės reabilitacijos skyriaus patarėja Viktorija Buzytė, tel. (8 5) 266 1479, el. p. [viktorija.buzyte@sam.lt](mailto:viktorija.buzyte@sam.lt), ir Teisės skyriaus patarėja Aušrinė Storpirstienė, tel. (8 5) 219 3319, el. p. [ausrine.storpirstiene@sam.lt](mailto:ausrine.storpirstiene@sam.lt).

PRIDEDAMA. Nutarimo projektas, 3 lapai.

Ministras

Arūnas Dulkys